



НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ»
National Scientific Centre "Institute of metrology"

СЕРТИФІКАТ КАЛІБРУВАННЯ CALIBRATION CERTIFICATE

Свідоцтво від 30.09.2021 р. QSF-R86 про визнання системи менеджменту якості згідно стандарту ISO/МЕК 17025.
QSF-R86 certificate of recognition of quality management system according to ISO/IEC 17025 issued 30.09.2021

Номер сертифікату 100128252 Дата калібрування 09.12.2021 р. Сторінка 1 з 2
Certificate number Date when calibrated Page of

Об'єкт калібрування Комплексе вимірювальний для моніторингу радону Альфарад плюс , зав. № 94321
Item calibrated Description of measurement standard / measuring instrument / identification

Замовник Інститут електронної фізики НАН України, вул. Університетська, 21, м. Ужгород
Customer Name of the customer, address

Метод калібрування МКУ 12-713:2021.Метрологія. Радиометри об'ємної активності радона - 222 в повітрі з імпульсною іонізаційною камерою. Методика калібрування.
Method of calibration Name of the method / identification

Усі вимірювання мають простежуваність до одиниць Міжнародної системи SI, які відтворюють національні еталони України, що зберігаються у ННЦ "Інститут метрології". В сертифікаті наведено результати калібрування, які узгоджуються з можливостями, що опубліковані у базі даних KCDB BIPM. У разі MRA усі ІМІ, що беруть участь, взаємно визнають дійсність своїх сертифікатів калібрування і вимірювань відносно виміряних значень, діапазонів та невизначеностей вимірювань, зазначених у базі даних KCDB BIPM (подроблячі див. <http://www.bipm.org>). Цей сертифікат може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливі з письмового дозволу ІМІ, що видає сертифікат.

All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of Ukraine, which are stored in the NSC "Institute of Metrology". The certificate contains calibration results consistent with the capabilities published in the BIPM KCDB database. Under the MRA, all participating NMIs recognize the validity of each other's calibration and measurement certificates for the measured quantities, ranges and measurement uncertainties specified in the BIPM KCDB database (for details see <http://www.bipm.org>). This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate requires written approval of the issuing NMI.

Завідуючий підрозділом

 Authorizing official

Павло
НЕСЖМАКОВ
генеральний
директор

Дата видачі

ПІБ та посада / Name and function

Date of issue

14.12.2021

008973